

検査項目および基準範囲一覧【感染症Ⅰ】

【QM10 L1】検査項目および基準範囲一覧

検査項目名	画面表示	基準範囲	単位	材料	採取容器	測定法	分析装置	測定日	所要時間	保存	必要量	小児基準	出典	備考
梅毒STS	STS	<1	RU	血清	【1】赤生化	ラテックス免疫比濁法	BMZS050	毎日	1時間	血清冷蔵	0.2mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
TP抗体	TPAb	<10	U	血清	【1】赤生化	ラテックス免疫比濁法	BMZS050	毎日	1時間	血清冷蔵	0.2mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HBs抗原定量	HBsAg-HQ	<0.005	IU/mL	血清	【1】赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HBs抗体	HBsAb	<10.0	mIU/mL	血清	【1】赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HBe抗原	HBeAg	<1.0	COI	血清	【1】赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HBe抗体	HBeAb	<60.0	%INH	血清	【1】赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HBc抗体	HBcAb	<1.0	COI	血清	【1】赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HCV抗体	HCV-Ab	<1.0	COI	血清	①赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HIV抗原・抗体	HIVAg/Ab	<1.0	COI	血清	【1】赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HTLV抗体	HTLV-Ab	<1.0	COI	血清	【1】赤生化	CLEIA法	ルミパルスL2400	毎日	1時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
HIV-1 抗体確認検査	HIV-1 Ab	(-)		血清	【1】赤生化	イムノクロマト法	用手法	予約	6時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	要予約(内線6395)
HIV-2 抗体確認検査	HIV-2 Ab	(-)		血清	【1】赤生化	イムノクロマト法	用手法	予約	6時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	要予約(内線6395)
HTLV-1 抗体確認検査	HTLV1 WB	(-)		血清	【1】赤生化	ウエスタンブロット法	用手法	予約	6時間	血清冷蔵	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	要予約(内線6395)
プロカルシニン	プロカルシニン	<0.5	ng/mL	血清	【1】赤生化	Liquid-phase Binding Assay法	ミュータス	毎日	1時間	保存不可	0.3mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	敗血症の鑑別診断における臨床判断値
尿素呼気試験	UBT	<2.5	‰	呼気	【J】呼気試験	赤外分光分析法	POConePlus	毎日	30分			<input type="checkbox"/>	臨床検査法提要(金原出版)	至急の場合は予約(内線6394)