

検査項目および基準範囲一覧【機能検査1】

【QM10 L1】検査項目および基準範囲一覧

検査項目名	画面表示	基準範囲	単位	材料	採取容器	測定法	分析装置	測定日	所要時間	保存	必要量	小児基準	出典	備考
24時間クレアチニンクリアランス	24CCr	M:89-155F:82-112	L/day	蓄尿	【B】尿スピッツ	酵素法	BM8020/BMZS050	毎日	1時間	冷蔵	5mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査部利用の手引 第1版より継続して使用	
血清浸透圧	血浸透圧	285-295	mOsm/kgH2O	血清	【1】赤生化	氷点降下法	OM-6060	毎日	1時間	冷蔵	5mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査法提要(金原出版)	
尿浸透圧	尿浸透圧	50-1300	mOsm/kgH2O	尿	【A】尿カップ	氷点降下法	OM-6060	毎日	1時間	冷蔵	5mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査法提要(金原出版)	
ICG 5分値(1アンフル)	ICG 5-1		%	血清	【2】青生化	分光光度法	BMZS050	毎日	1時間	保存不可	5mL	<input type="checkbox"/>		遮光
ICG 10分値(1アンフル)	ICG 10-1		%	血清	【2】青生化	分光光度法	BMZS050	毎日	1時間	保存不可	5mL	<input type="checkbox"/>		遮光
ICG 15分値(1アンフル)	ICG 15-1	0-10	%	血清	【2】青生化	分光光度法	BMZS050	毎日	1時間	保存不可	5mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査法提要(金原出版)	遮光
ICG 5分値(2アンフル)	ICG 5-2		%	血清	【2】青生化	分光光度法	BMZS050	毎日	1時間	保存不可	5mL	<input type="checkbox"/>		遮光
ICG 10分値(2アンフル)	ICG 10-2		%	血清	【2】青生化	分光光度法	BZS6050	毎日	1時間	保存不可	5mL	<input type="checkbox"/>		遮光
ICG 15分値(2アンフル)	ICG 15-2	0-10	%	血清	【2】青生化	分光光度法	BMZS050	毎日	1時間	保存不可	5mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査法提要(金原出版)	遮光