

検査項目および基準範囲一覧【微生物】

【QM10 L1】検査項目および基準範囲一覧

検査項目名	画面表示	測定法	分析装置	測定日	所要時間	保存	出典	備考
一般細菌培養・同定	一般同定	質量分析法	MALDI Biotyper	毎日	2-14日	保存不可		
一般細菌薬剤感受性	感受性	微量液体希釈法		毎日	2-14日	保存不可		
一般細菌嫌気培養	一般培養	用手法		毎日	2-14日	保存不可		
一般細菌塗抹検査	一般塗抹	グラム染色		毎日	当日報告	保存不可		緊急性に応じて随時至急対応を実施しています。 至急検査依頼は内線6396へご連絡ください。
MRSA簡易培養	簡易培養	用手法		毎日	2日	保存不可		
妊婦GBSスクリーニング検査	妊婦GBS	用手法		毎日	2日	保存不可		
抗酸菌培養検査	抗酸培養	用手法	BACTEC MGIT	火、金曜日	8週間培養	保存不可		
抗酸菌同定検査	抗酸同定	（外部委託）				保存不可		
抗酸菌薬剤感受性	抗感受性	（外部委託）				保存不可		
抗酸菌塗抹検査	抗酸塗抹	蛍光染色、チール・ネルゼン染色		火、金曜日	5日以内	保存不可		緊急性に応じて随時至急対応を実施しています。 至急検査依頼は内線6396へご連絡ください。