

検査項目および基準範囲一覧【感染症Ⅱ】

【QM10 L1】検査項目および基準範囲一覧

検査項目名	画面表示	基準範囲	単位	材料	採取容器	測定法	分析装置	測定日	所要時間	保存	必要量	小児基準	出典	備考
β-D-グルカン	β-D	<11	pg/mL	ヘパリン血漿	【22】BD・ETX専用	比濁時間分析法	MT-6500	毎日	3時間	血漿冷凍	0.3mL	<input type="checkbox"/>	試薬添付文書	
エンドトキシン	トキシン	<5	pg/mL	ヘパリン血漿	【22】BD・ETX専用	比濁時間分析法	MT-6500	毎日	3時間	血漿冷凍	0.3mL	<input type="checkbox"/>	試薬添付文書	
尿中レジオネラ抗原	尿レジオネラ	(一)		尿	【A】尿カップ	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
尿中肺炎球菌莢膜抗原	尿肺炎球菌	(一)		尿	【A】尿カップ	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
肺炎球菌莢膜抗原検査(髄液)	L-肺炎球菌	(一)		髄液	【C】滅菌中試	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可	0.5mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
インフルエンザウイルス抗原	インフルエンザ	A(－)B(－)		鼻腔ぬぐい液	専用綿棒	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
咽頭アデノウイルス抗原	イントウアデノ	(一)		咽頭ぬぐい液	専用綿棒	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
咽頭溶レン菌	ヨウレンキン	(一)		咽頭ぬぐい液	専用綿棒	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
RSウイルス抗原	RSウイルス	(一)		鼻腔ぬぐい液	専用綿棒	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
咽頭マイコプラズマ抗原定性	咽頭マイコ	(一)		咽頭ぬぐい液	専用綿棒	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	試薬添付文書	
便中アデノウイルス抗原	ベンアデノ	(一)		便	【D】滅菌コップ	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
便中ロタウイルス抗原	ベンロタ	(一)		便	【D】滅菌コップ	イムノクロマト法	用手法	毎日	15～20分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
ノロウイルス抗原	ノロ	(一)		便	【D】滅菌コップ	イムノクロマト法	用手法	毎日	10～30分	保存不可		<input type="checkbox"/>	臨床検査データブック(医学書院)	
クロストリジウム・ディフィシル抗原	CDトキシン	(一)		便	【D】滅菌コップ	イムノクロマト法	用手法	毎日	30～90分	冷蔵		<input type="checkbox"/>	試薬添付文書	トキシンB遺伝子検出を追加実施する場合あり。時間外は翌日測定、休日は9:00までに提出されたものを当日測定とします。
結核菌核酸検査	結核菌	検出せず		多種類		LAMP法	LoopampEXIA	毎週火・金曜日		4℃		<input type="checkbox"/>	試薬添付文書	検査日の朝9:00までに提出された検体を当日検査対象とする

検査項目名	画面表示	基準範囲	単位	材料	採取容器	測定法	分析装置	測定日	所要時間	保存	必要量	小児基準	出典	備考
血中EB定量	EB定量	100 コピー/μg DNA 以下	コピー/μg DNA	EDTA 全血	【6】黄遺伝子	リアルタイムPCR法		週1回		4℃	0.2 mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査部設定値	毎週木曜日測定(水曜日までに提出された検体を木曜日に報告)
髄液EB定量	スィエキEB	2000 コピー/mL 以下	コピー/mL	髄液	【C】滅菌中試	リアルタイムPCR法		週1回		4℃	0.2 mL	<input type="checkbox"/>	臨床検査部設定値	毎週木曜日測定(水曜日までに提出された検体を木曜日に報告)
CMV-DNA定量(BAL)	CMVBAL	2000 コピー/mL 以下	コピー/mL	BAL	【C】滅菌中試	リアルタイムPCR法		6日以内	4℃	0.2 mL		<input type="checkbox"/>		
CMV-DNA定量(髄液)	CMVスィエキ	2000 コピー/mL 以下	コピー/mL	髄液	【C】滅菌中試	リアルタイムPCR法		6日以内	4℃	0.2 mL		<input type="checkbox"/>		
CMV-DNA定量(尿)	CMVニョウ	2000 コピー/mL 以下	コピー/mL	尿	【C】滅菌中試	リアルタイムPCR法		6日以内	4℃	0.2 mL		<input type="checkbox"/>		
CMV-DNA定量(組織)	CMVソシキ	67 コピー/μg DNA 以下	コピー/μg DNA	組織	【C】滅菌中試	リアルタイムPCR法		6日以内	4℃	50 mg		<input type="checkbox"/>		
P.jirovecii定性	jiroveci	検出せず		喀痰	【D】滅菌コップ	リアルタイムPCR法		4日以内	4℃			<input type="checkbox"/>		
P.jirovecii定性(BAL)	jirovBAL	検出せず		BAL	【C】滅菌中試	リアルタイムPCR法		4日以内	4℃	0.2 mL		<input type="checkbox"/>		
SARS-CoV-2 PCR(喀痰)	CoVPCR痰	検出せず		喀痰	【D】滅菌コップ	RT-PCR法		毎日	4～5時間	4℃	1 mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
SARS-CoV-2 PCR(鼻咽頭ぬぐい液)	CoVPCR鼻	検出せず		鼻咽頭ぬぐい液	【T】スワブ(コナPCR用)	RT-PCR法		毎日	4～5時間	4℃	1 mL	<input type="checkbox"/>	測定キット添付文書	
SARS-CoV-2 抗原検査(鼻咽頭ぬぐい液)	CoVAg鼻	<1.34	pg/mL	鼻咽頭ぬぐい液	【S】スワブ(コナ抗原用)	CLEIA法	ルミパルス L2400	毎日	2時間	保存不可		<input type="checkbox"/>	試薬添付文書	
SARS-CoV-2 抗原検査(唾液)	CoVAg唾	<0.67	pg/mL	唾液	【D】滅菌コップ	CLEIA法	ルミパルス L2400	毎日	2時間	保存不可	1 mL	<input type="checkbox"/>	試薬添付文書	